

111

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»**

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр
424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121**

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510111, выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29.04.2016 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 18305 от 11.10.2017г.**

Наименование пробы (образца): *1,5%-раствор дезинфицирующего средства "Ника-Экстра М Профи"*
Пробы (образцы) направлены: *Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл ИНН 1215101152, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121*
Дата и время отбора пробы (образца): *11:00 05.10.2017г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 05.10.2017г.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Фельдшер-лаборант Бусыгина М.Н.*
Цель отбора: *Внеплановый контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ГБПОУ "Торгово-технологический колледж" Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 62*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ГБПОУ "Торгово-технологический колледж" Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 62*
Код пробы (образца): **18305.17.3978.Б**
Изготовитель: *ООО НПФ "Геникс" Россия, 423604, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д.26*
Дата изготовления: *05.10.2017* Номер партии: *информация отсутствует*
Объем партии: *1,0 л*
Количество (объем) для испытаний: *0,1 л*
Тара, упаковка: *стеклянная посуда*
НД на методику отбора: *"Инструкция № 39 по применению дезинфицирующего средства "Ника Экстра М Профи", 2012 г.*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
Руководство Р 4.2.2643-10 "Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфицирующих средств для оценки их эффективности и безопасности", "Инструкция № 39 по применению дезинфицирующего средства "Ника Экстра М Профи", 2012 г.
НД на продукцию: *ТУ 9392-040-12910434-2009*
Условия транспортировки: *автотранспорт*
Дополнительные сведения: *тищевблок*
Акт, протокол отбора пробы: *№3978 от 05.10.2017 г.*
Основание для отбора: *Поручение №1157 от 05.10.2017 г. Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1*
Представитель органа Роспотребнадзора: *специалист-эксперт Ваганова Т.А.*
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *зав.производством Свинцова Т.В.*
Лицо ответственное за составление данного протокола: *Химик-эксперт Шалаева Н.В.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»


Код образца (пробы): 18305.17.3978.Б

Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Содержание ДВ, (% , г)	Нормы содержания ДВ, (% , г)	Единицы измерения	НД на методы исследований
1,5%-раствор "Ника-Экстра М Профи" (для обработки яиц)					
1	ЧАС-четвертичные аммонийные соли	0,036	от 0,036 до 0,045	%	Руководство Р 4.2.2643-10

Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Лебедева Зинаида Ивановна	

Представитель предприятия, организации (заявитель):

17.10.17 (дата)  (подпись) Т. Венедикова (расшифровка подписи)